

Via della Sierra Nevada, 60
00144 Roma
Italia

www.convatec.it

Tel.: +39 06 8978 9901

Roma, 03/07/2018



Spett.le

A.U.L.S.S. N.2 MARCA TREVIGIANA

c.a. U.O.C. Provveditorato

PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it

Manifestazione di interesse Ditta ConvaTec e commenti al Capitolato Tecnico

OGGETTO : “Consultazione preliminare di mercato per la fornitura, suddivisa in lotti funzionali, di materiali diversi per le unità operative complesse di Anestesia e Terapia Intensiva dell’Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana”

Il sottoscritto Francesco Carboni, nato a Roma il 20/10/1975, nella sua qualità di Procuratore Speciale della ConvaTec Italia srl, con sede legale e amministrativa in Via Della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma (RM), P.I. e C.F. 06209390969 (U.I.D. Via Canton, 20, 00144 - ROMA), con riferimento all’oggetto, manifesta l’interesse della Scrivente Società a partecipare alle gare e/o RdO di futura indizione riguardanti la fornitura in oggetto e, contestualmente, sottopone alla vs cortese attenzione le seguenti osservazioni riguardanti il Capitolato Tecnico, e in particolare il **LOTTO N.2 – Kit per la gestione delle feci liquide o semiliquide per pazienti incontinenti immobilizzati o allettati:**

- Nella descrizione delle **CARATTERISTICHE DELLA CANNULA RETTALE**, viene specificata la dicitura “...capace di collassare in prossimità dello sfintere...”. A tale proposito, riteniamo sia più adeguato indicare “... **capace di collassare in prossimità della parte distale e con sistema atraumatico per l’inserimento in sfintere...**”. Infatti, è dimostrato da studi clinici che i dispositivi dotati ad esempio di tasca digitale, utile alla corretta guida del dispositivo in situ, rendono maggiormente sicure e atraumatiche le operazioni;
- Sempre nella descrizione della cannula rettale, viene indicato “...porta di gonfiaggio del palloncino con indicatore di riempimento ..”. Riteniamo sia più corretto descrivere il **dispositivo con “... porta di gonfiaggio del palloncino con indicatore di riempimento che garantisca il corretto cuffiaggio eliminando i rischi di danno alla mucosa..”**. Tale specifica indica che il senso dell’indicatore è

ConvaTec Italia S.r.l. - Società unipersonale

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ConvaTec International Services GmbH

Sede legale: Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma - Tel. +39 06 89789901

Capitale sociale interamente versato: Euro 258.267,00

P. IVA/C.F. 06209390969 - Registro Imprese di Roma: REA RM n. 1204916

direttamente connesso alla sicurezza del paziente e a garanzia di possibili errori da parte dell'operatore. Inoltre, le specifiche tecniche richieste dovrebbero enfatizzare l'importanza della presenza di una **porta di campionatura delle feci lungo la cannula rettale**, in quanto il dispositivo in oggetto vede il suo utilizzo in particolare nei casi di manifestazione di infezioni da *Clostridium* e quindi una possibilità di analisi di campioni di feci, senza rimuovere il dispositivo stesso, sono una caratteristica essenziale.

- Per quanto riguarda il **SACCHETTO DI RACCOLTA**, chiediamo che sia aggiunta alle caratteristiche tecniche la **presenza di un filtro antiodore**, fondamentale per questo tipo di dispositivi al fine di poter meglio gestire il contenuto dello stesso;
- Per quanto riguarda la **STERILITÀ DEL KIT**, richiesta, al pari delle altre caratteristiche minime, a pena di esclusione, invitiamo la **Stazione Appaltante ad eliminare questa dicitura**, in quanto, in virtù della destinazione d'uso, il kit non necessita di sterilità in quanto a contatto diretto con materiale non sterile.

Per finire, con riferimento alla sicurezza del paziente, riterremo opportuno indicare i **PUNTEGGI DI ALCUNI ASPETTI QUALITATIVI** come segue:

- Almeno 15 punti attribuiti al sistema di sicurezza del cuffiaggio del palloncino in ampolla rettale con sistema visivo;
- Almeno 10 punti al sistema di inserzione dedicato ove presente (sistemi che garantiscono la facilità e l'atraumaticità dell'inserimento).

In ultimo, suggeriamo che oltre alla documentazione tecnica e scientifica a supporto delle offerte, **venga richiesta anche idonea campionatura** al fine di favorire una prova del prodotto e, conseguentemente, un giudizio tecnico dei prodotti più accurato.

RingraziandoVi per l'attenzione, elenchiamo di seguito i recapiti del nostro Responsabile di zona, che potrà fornirVi ulteriori dettagli, ed alleghiamo le schede tecniche relative al nostro dispositivo per la gestione dell'incontinenza fecale FLEXI-SEAL:

Recapiti ConvaTec	
Sales Manager Dr. Emanuele Gandolfi	Mail: emanuele.gandolfi@convatec.com

ConvaTec Italia S.r.l. - Ufficio Gare

Responsabile Ufficio Gare: Francesco Carboni - Tel. + 39 06.89789917/41 Fax + 39 06.89789907

E-mail: francesco.carboni@convatec.com Pec: gare.convatec@pec.it



ConvaTec Italia S.r.l. - Società unipersonale

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ConvaTec International Services GmbH

Sede legale: Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma - Tel. +39 06 89789901


Capitale sociale interamente versato: Euro 258.267,00

P. IVA/C.F. 06209390969 - Registro Imprese di Roma: REA RM n. 1204916



In fede.

Il Dichiarante



Francesco Carboni

Procuratore Speciale e Responsabile Ufficio Gare

ConvaTec Italia S.r.l.